Testname:Rubella IgG MEDAC (PKS)
Kurzname:Rub_IgG

Testnummer:
Behring Nr.:

Definiert am:
Testmethode: ELISA
Systemkontrolle
Probenvolumen [µl]: 50
Max. Vorink. RT [min]: 15
Einheit: U/ml
Umrechnungsfaktor: 1.000
Nachkommast. : 2
Anz. gültige Ziffern: 4
Codes für ext. Kommunikation:
Testcode 1:
Testcode 2:
Testcode 3:
Testplatte: Rundbodenplatte - Behring

Durchführung

0
Anz. Waschschritte: 0
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 60 ± 5
37° C

1
Anz. Waschschritte: 3
Standzeit [s]: 5
Nach jedem Waschschritt
Waschlösung: Extern
Reagenz: Konj. Rubella IgG
Reagenzvolumen [µl]: 60
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 60 ± 5
37° C

2
Anz. Waschschritte: 3
Standzeit [s]: 5
Nach jedem Waschschritt
Waschlösung: Extern
Reagenz: Medac TMB Substrat
Reagenzvolumen [µl]: 50
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 30 ± 2
37° C

3
Anz. Waschschritte: 0
Reagenz: Medac Stopplösung
Reagenzvolumen [µl]: 100
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 0

Meßwellenlänge [nm]: 450
Referenzwellenlänge [nm]:650
Zul. unterer MW Ref.wellenlänge [mE]:0
Zul. oberer MW Ref.wellenlänge [mE]: 0

Beladungsschema

Startverdünnung: 1 : 1.000 Schritte: 1 Verdünnungsfaktor: 1 : 1.000

A1	NEG	Medac Rub IgG neg. Kontrolle
B1	CAL	Medac Rub IgG Kalibrator
C1	CAL	Medac Rub IgG Kalibrator
D1	POS	Medac Rub IgG pos. Kontrolle

Auswertung
Doppelbest.:Keine
Cutoff: $(OD_{\text{obere Grenze}} / \text{Kalibrator}_{\text{Sollwert}} * MW(CAL))$
Wiederholungsgrenzen
obere: $(OD_{\text{obere Grenze}} / \text{Kalibrator}_{\text{Sollwert}} * MW(CAL))$
untere: $(OD_{\text{untere Grenze}} / \text{Kalibrator}_{\text{Sollwert}} * MW(CAL))$
Auswertung: Besondere Formel
Formel: $b/(a/(SAM * \text{Kalibrator}_{\text{Sollwert}} / MW(CAL) - c) - 1)$

NEG
Oberer Schwellenwert [E]: 0.150
Unterer Schwellenwert [E]: 0.000
Max. Anzahl der Ausreißer: 0

CAL
Oberer Schwellenwert [E]: 9.999
Unterer Schwellenwert [E]: $GW_{\text{Kalibrator}}$
Max. Anzahl der Ausreißer: 0


Bearbeiten
Routine
Ergebnis
Definition
System
15:23
Dokument: "Reagenz - Sollwertkontrollen".
Sollwe
Medac
Nr.: 0
Name: Medac PK
Kennziffer: 8103
Vergebene Kennziffern...
SamplerID: POS
Kurzname: POS
Die Einheit der Kontrollen ist mit der Einheit, die in der Testdefinition angegeben wurde identisch.
Obere Grenze: YY
Untere Grenze: XX
odes für ext. Kommunikation:
estcode 1:
estcode 2:
estcode 3:
Speichern
Validierung
Papierkorb