

BrightVision, Detektionssystem für zwei Komponenten Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (Gebrauchsanweisung)

Diese Anweisungen gelten für WellMed BrightVision. Zwei-Schritte Detektionssystem Ziege Anti-Maus / Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
2. Zusammenfassung und Erklärung
3. Kit-Komponenten
4. Verfügbarkeit
5. Empfohlenes Färbeprotokoll
6. Kontrolle
7. Lagerung
8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
9. Fehlerbehebung
10. Referenz

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Für die In-Vitro-Diagnostik.

Das Detektionssystem WellMed BrightVision mit zwei Komponenten, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP, ist zur Verwendung in der Immunhistochemie zum Nachweis von Maus- oder Kaninchenantikörpern vorgesehen.

2. Zusammenfassung und Erklärung

Das BrightVision Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP, ist ein gebrauchsfertiges System, das unter Verwendung des in dieser Gebrauchsanweisung empfohlenen Protokolls für eine optimale Färbung hergestellt wurde. Vor dem Färben sollten einige routinemäßig fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte einer Vorbehandlung unterzogen werden (HIER oder Verdauungsenzym).

Das BrightVision Farbdetektionssystem erkennt Mäuse oder Kaninchenantikörper, die in Gewebeschnitten an ein Antigen gebunden sind. Die Antikörper werden nicht mitgeliefert, es wird jedoch empfohlen, die WellMed-Antikörper zu verwenden. Dieser Polymerkomplex wird dann mit einem geeigneten Substrat / Chromogen sichtbar gemacht.

Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Pathologen mit relevanten klinischen Informationen, morphologischen und histologischen Studien und mit geeigneten Kontrollen interpretiert werden.

3. Kit-Komponenten

BrightVision, Zwei-Komponenten Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (gebrauchsfertig)

4. Verfügbarkeit

Katalognummer	Inhalt	Menge
B55HRP-BGX	BrightVision, Zwei-Komponenten Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (gebrauchsfertig) 1. Antikörper Blockierung (gebrauchsfertig) 2. Polymer Ziege Anti-Maus/Kaninchen-HRP (gebrauchsfertig)	55 ml 55 ml
B110HRP-BGX	BrightVision, Zwei-Komponenten Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (gebrauchsfertig) 1. Antikörper Blockierung (gebrauchsfertig) 2. Polymer Ziege-Anti-Maus/Kaninchen-HRP (gebrauchsfertig)	110 ml 110 ml

B500HRP-BGX	BrightVision, Zwei-Komponenten Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (gebrauchsfertig)	
	1. Antikörper Blockierung (gebrauchsfertig)	500 ml
	2. Polymer Ziege-Anti-Maus/Kaninchen-HRP (gebrauchsfertig)	500 ml
B1000HRP-BGX	BrightVision, Zwei-Komponenten Detektionssystem, Peroxidase Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG HRP (gebrauchsfertig)	
	1. Antikörper Blockierung (gebrauchsfertig)	1000 ml
	2. Polymer Ziege-Anti-Maus/Kaninchen-HRP (gebrauchsfertig)	1000 ml

5. Empfohlenes Färbeprotokoll

Schritt	Reagenz	Vorlagenschritt	Inkubation
1	Gewebeschnitt entparaffinieren und rehydrieren	Objektträger / Gewebe vorbereiten	-
2	Waschpuffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
3	Wenn anwendbar; HIER oder Verdauungsenzym	Vorbehandlung	-
4	Waschpuffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
5	Primärer Maus- oder Kaninchen-Antikörper	Antikörper	30 min
6	Waschpuffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
7	Detektionssystem, Schritt 1, Antikörper Blockierung	Blockierung	10 min
8	Waschpuffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
9	Detektionssystem, Schritt 2, Polymer-Ziege Anti-Maus/Kaninchen-HRP	Markiertes Polymer	10 min
10	Substrat	BrightDAB	IFU Substrat
11	Aqua dest.	Waschen	2x 2 min
12	Hämatoxylin	Gegenfärbung	1 min
13	Aqua dest.	Waschen	-
14	Dehydrieren und Deckglas	-	-

6. Kontrollen

Eine positive Kontrolle, eine negative Kontrolle und eine Reagenzien Kontrolle werden benötigt und auf die gleiche Weise wie der unbekannte Probenobjektträger verarbeitet, um die Färbeergebnisse zu interpretieren.

7. Lagerung

Bei 2-8 ° C und im Dunkeln lagern. Nicht nach Ablaufdatum verwenden.

8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Fehlerbehebung

Bitte kontaktieren Sie WellMed telefonisch oder per E-Mail.

10. Referenz

- Shan-Rong Shi, James Guo, Richard J. Cote, Lillian Young, Debra Hawes, Yan Shi, Sandra Thu and Clive R. Taylor, Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, vol 7, 201-208, 1999